



Proceso: Procuraduria-DAF-CM-2022-0029 (Adquisición de Microscopios)

Listado de Oferentes Participantes - Cuadro Comparativo

No.	DESCRIPCIÓN	Químico Técnico Industrial		Bio Nuclear		Inversiones Gretmon		GC Lab Dominicana		Power Machinery	
		Cumple / No Cumple	Justificación	Cumple / No Cumple	Justificación	Cumple / No Cumple	Justificación	Cumple / No Cumple	Justificación	Cumple / No Cumple	Justificación
1	Microscopio Trinocular compuesto	si	ANGULO DE VISIION CON VISTA DE 30º PARA REDUCIR LA TENSION OCULAR Y DEL CUELLO, ENTRADA USB, TIENE CAMARA INTEGRADA, CORRECCION DE COLORES DE LA IMAGEN,	si	CAMARAS POR SERAPARADO	NO	RANGO MUY AMPLIO DE VISION PARA EL USO DEL LABORATORIO. NO TIENE SALIDA USB. NO TRIOCLAR.	NO	ACCESORIOS PARA EL MICROSCOPIO TRIOCLAR NO IMCLUIDOS	NO	RECARGABLE PORTABLE
2	Microscopio zoom estereoscópico	no	no es trinocular	SI	microscopio triocular con moticam X wifi. Con conexión a puerto usb para ordenador	no	no cumple con las especificaciones del laboratorio.	si	microscopio triocular con moticam X wifi. Con conexión usb para ordenador.	no	no es trinocular no cumple con las especificaciones del laboratorio
3	Plato caliente	SI	RANGO DE TEMPERATURA 650 GRADOS ACEPTABLE VELOCIDAD DE AGITACION ACETABLE	NO	NO ENVIARON	SI	RANGO DE TEMPERATURA ACEPTABLE 550 GRADOS	NO	NO ENVIADO	NO	RANGO DE TEMPERATURA DEL EQUIPO LIMITADA A 350 GRADOS

INQ. Felipe Castillo de la Rosa
ENC. DEL LABORATORIO DE
SUSTANCIAS CONTROLADAS
Dpto. De Drogas
Sustancias Controladas
Santo Domingo, R.D.

