PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

ITEM	CANTIDAD	MICROTOMO ROTATORIO MANUAL
Micrótomo rotatorio manual	1	Garantía: mínima de 1 año. Mantenimiento: que el suplidor disponga de servicio técnico y piezas para el mantenimiento del equipo.
Requerimientos técnicos 	**Requerimientos técnicos** -Diseño ergonómico. -Dimensiones compactas. -Mecanismo de alimentación de precisión mecánica. -Rueda manual de funcionamiento especialmente suave. -Cambio rápido de abrazadera con una sola mano. -Cambio fácil de muestras. -Orientación de las muestras universal 8°, rotatorio 360°. -Retracción de la muestra durante el viaje de regreso, puede apagarse en dos etapas de ajuste mecánico (10 µm/ 30 µm). -Mecanismo de micrómetro de precisión con carcasa cerrada. -Intervalo de grosor de sección: 0.5 µm hasta 60 µm. Desde 0 hasta 2 µm en incrementos de 0.5 µm Desde 2 hasta 10µm en incrementos de 1µm Desde 10 hasta 20µm en incrementos de 2µm Desde 20 hasta 60µm en incrementos de 5µm -Indicación del grosor de la sección en la ventana indicadora. -Avance macro manual mediante rueda gruesa. -Alineación horizontal de las muestras en general 28mm. -Orientación fácil con operación y posicionamiento en cero con una sola mano. -Bandeja para desechos de cortes espaciosa. -Elementos de operaciones ergonómicamente optimizados para su uso no agotador. -Placa de almacenamiento removible integrada. -Avance macro manual mediante rueda gruesa.	

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES
REGIONAL NORTE, SANTIAGO

Fadua 27/9/2023 11:41 am

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ITEM	CANTIDAD	MICROTOMO ROTATORIO MANUAL
Micrótomo rotatorio manual	1	Garantía: mínima de 1 año. Tiempo máximo de entrega: 15 semanas Mantenimiento: que el suplidor disponga de servicio técnico y piezas para el mantenimiento del equipo.
Requerimientos técnicos 	**Requerimientos técnicos** -Diseño ergonómico. -Dimensiones compactas. -Mecanismo de alimentación de precisión mecánica. -Rueda manual de funcionamiento especialmente suave. -Cambio rápido de abrazadera con una sola mano. -Cambio fácil de muestras. -Orientación de las muestras universal 8°, rotatorio 360°. -Retracción de la muestra durante el viaje de regreso, puede apagarse en dos etapas de ajuste mecánico (10 µm/ 30 µm). -Mecanismo de micrómetro de precisión con carcasa cerrada. -Intervalo de grosor de sección: 0.5 µm hasta 60 µm. Desde 0 hasta 2 µm en incrementos de 0.5 µm Desde 2 hasta 10µm en incrementos de 1µm Desde 10 hasta 20µm en incrementos de 2µm Desde 20 hasta 60µm en incrementos de 5µm -Indicación del grosor de la sección en la ventana indicadora. -Avance macro manual mediante rueda gruesa. -Alineación horizontal de las muestras en general 28mm. -Orientación fácil con operación y posicionamiento en cero con una sola mano. -Bandeja para desechos de cortes espaciosa. -Elementos de operaciones ergonómicamente optimizados para su uso no agotador. -Placa de almacenamiento removible integrada. -Avance macro manual mediante rueda gruesa.	

Dra Alba R. Lin...

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES
REGIONAL NORTE SANTIAGO