



Seleccione la fecha


PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Fecha: 14/8/2023

1. Nombre/ Razón Social del Oferente:	<u>J Science Yeniffer Altagracia Alonso</u>
2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro:	
3. RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente:	<u>22500752997</u>
4. RPE del Oferente:	<u>71543</u>
5. Domicilio legal del Oferente:	<u>Calle Respaldado 21, Las Colinas Santo Domingo Norte</u>
6. Información del Representante autorizado del Oferente:	
Nombre:	<u>Yeniffer Altagracia Alonso</u>
Dirección:	<u>C/La Victoria Residencial Las Marias</u>
Números de teléfono y fax:	<u>809-627-8944</u>
Dirección de correo electrónico:	<u>jscience01@outlook.com</u>





PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Fecha: 14/8/2023

PRESENTACIÓN DE OFERTA

Señores
Procuraduría General de la República

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

- a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Pliegos de Condiciones para la Licitación de referencia, incluyendo las siguientes adendas realizadas a los mismos:

- b) De conformidad con los Pliegos de Condiciones y según el plan de entrega especificado en el Programa de Suministros/ Cronograma de Ejecución, nos comprometemos a suministrar los siguientes bienes y servicios conexos, o ejecutar los siguientes servicios u Obras:

- c) Nuestra oferta se mantendrá vigente por un período de (...**30-40**.....) días, contado a partir de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período.

- d) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantía de fiel cumplimiento del Contrato, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación, por el importe del **CUATRO POR CIENTO (4%)** del monto total de la adjudicación, para asegurar el fiel cumplimiento del Contrato.

- e) Para esta licitación no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una Oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación.
- f) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor de cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Comprador para presentar ofertas.
- g) Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal.
- h) Entendemos que el Comprador no está obligado a aceptar la Oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las Ofertas que reciba.

_____ *Yeniffer Altagracia Alonzo* _____ en
calidad de _____ *Propietario* _____ debidamente
autorizado para actuar en nombre y representación de
_____ *JSCIENCE* _____.

Nombre y Firma _____  _____

BIOBASE

Manual Rotary Microtome Bk-2258




Características

- 1. Las cuchillas y los bloques de cera se pueden colocar en la ranura de la parte superior de la cubierta, lo cual es fácil de usar*
- 2. Rieles de guía de rodillos cruzados para garantizar un funcionamiento duradero del equipo*
- 3. Sistema de micro alimentación de alta precisión para lograr un corte estable y de alta precisión*
- 4. El soporte del bloque de cera se puede ajustar en cualquier dirección en el espacio tridimensional, lo cual es fácil y preciso de usar.*
- 5. La rueda derecha gira y se detiene inmediatamente, y se puede bloquear en cualquier posición para garantizar la seguridad y comodidad del corte*
- 6. El diseño de contrapeso del corredor correcto hace que el corte sea ligero y rápido*
- 7. Función precisa de movimiento lateral del portaherramientas, la posición de la misma muestra cambia muy poco después de cambiar el borde de la hoja, la base del portaherramientas tiene una escala, que es conveniente para el posicionamiento del portaherramientas*
- 8. El protector de la cuchilla cubre toda la longitud de la hoja para evitar el riesgo potencial de lesiones durante la operación. Al cambiar la hoja, el eyector empuja fácilmente la hoja y la retira de forma segura*
- 9. Conducto de residuos extraíble de gran capacidad, fácil de limpiar.*

BIOBASE

MODELO	BK-2258
<i>Rango de espesor de corte</i>	<i>0 ~60μm</i>
<i>Rango de espesor de recorte</i>	<i>0 ~60μm</i>
<i>Mini. Espesor de corte</i>	<i>0,5 μm</i>
<i>Precisión</i>	<i>±5%</i>
<i>Tamaño máximo de muestra</i>	<i>50 × 70 (mm)</i>
<i>Trazo de muestra</i>	<i>Horizontal: 28 mm, vertical: 52 mm</i>
<i>Carrera del portaherramientas</i>	<i>El movimiento máximo hacia adelante y hacia atrás de la base del portaherramientas es de 60 mm, y el movimiento máximo hacia la izquierda y hacia la derecha del portaherramientas es de 23 mm</i>
<i>Ejemplo de dirección de ajuste</i>	<i>8° Horizontales</i> <i>8° verticales</i> <i>Rotación 360°</i>
<i>Tamaño externo</i>	<i>570*462*295mm</i>
<i>Peso neto</i>	<i>29kg</i>
<i>Tamaño de embalaje</i>	<i>595*575*470mm</i>
<i>Peso bruto</i>	<i>42kg</i>

KD-2258 Manual Microtome



This model is specially developed for modern histopathology research.

It adopts imported guide ways, ideal devise, stable performance, ergonomic concept, and it's new development direction of histopathology research.

Features:

- Ergonomical conception of devise, trouble free operation under any conditions
- Good section whenever use by Standard Steel Knife or Disposable Blade
- Specimen clamp positioned at 8 X/Y precision orientation system
- Handwheel system allow the handwheel locked at any position
- Specimen block can be changed easily and conveniently
- Blade holder can be moved in horizontal or vertical direction

- Disposable blade holder and steel knife holder
- Large waste tray is easy to unload

Technical Specifications:

- Section thickness range:0.5~60 μ m
- Setting value: 0.5~2 μ m increment 0.5 μ m
 2~10 μ m increment 1 μ m
 10~20 μ m increment 2 μ m
 20~60 μ m increment 5 μ m
- Trimming thickness range: 1~60 μ m
- Minimum Setting value:0.5 μ m
- Precision Error:±5%
- Maximum Specimen Size:60x50mm
- Object Feed: 28, Vertical Stroke: 60mm
- Speciment return range: 0~28mm
- Dimension: 500mx460mm x300mm
- Net Weight: 23.3kg

